

CWE-Fraktion Künzell

An den
Vorsitzenden der
Gemeindevertretung Künzell
Unterer Ortesweg 23
36093 K Ü N Z E L L

Gemeinde Künzell				
Eing. - 3. Juni 2026				
01	10	20	32	60

Künzell-Pilgerzell,
den 03.06.2026

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung
Eingang 03. JUNI 2026

**Anfrage der CWE-Fraktion betr. Bestand und Instandhaltung von
Defibrillatoren in der Gemeinde Künzell**

Sehr geehrter Herr Wastl,

Defibrillatoren können bei Herz-Kreislauf-Stillständen entscheidend zur Rettung von Menschenleben beitragen. Voraussetzung dafür sind eine gute Erreichbarkeit, eine verlässliche Wartung sowie eine ausreichende Verteilung der Geräte im Gemeindegebiet.

Die CWE-Fraktion möchte dazu in der nächsten Sitzung folgende Fragen mündlich und schriftlich beantwortet haben:

- Anfrage:**
- 1) Wie viele automatisierte Defibrillatoren (AED) befinden sich derzeit in Gebäuden der Gemeinde und an welchen Standorten sind sie installiert ?
 - 2) Welche dieser Geräte sind für die Öffentlichkeit rund um die Uhr zugänglich ?
 - 3) Wer ist für die Wartung und Funktionskontrolle der Geräte zuständig ?
 - 4) Welche dieser Geräte wurden bisher in Notfällen genutzt ?
 - 5) In welchen Intervallen werden die Defibrillatoren überprüft und wie wird der rechtzeitige Austausch von Batterien und Elektroden sichergestellt ?
 - 6) Sind sämtliche Standorte bei den zuständigen Rettungsleitstellen und in den relevanten AED-Datenbanken registriert ?
 - 7) Gab es in den vergangenen fünf Jahren Ausfälle oder Mängel an Defibrillatoren ? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden ergriffen ?
 - 8) Sieht die Verwaltung weiteren Bedarf für Defibrillatoren im Gemeindegebiet und bestehen Planungen für zusätzliche Standorte ?

Mit freundlichen Grüßen


Th. Grünkorn
(CWE-Fraktionsvorsitzender)

1. Wie viele automatisierte Defibrillatoren (AED) befinden sich derzeit in Gebäuden der Gemeinde und an welchen Standorten sind sie installiert?

Derzeit befinden sich 13 Defibrillatoren in den Gebäuden der Gemeinde und einem privaten Gebäude, diese sind an den nachfolgenden Standorten installiert:

OT Dirlos

- Sportlerheim Dirlos
- Tennishalle TC Künzell-DickerTurm (privater Standort)

OT Dietershausen

- Sportlerheim Dietershausen

OT Engelhelms

- Sportlerheim Engelhelms

OT Keulos

- Sportlerheim Sportanlage am Noppen

OT Künzell-Bachrain

- Rathaus Künzell
- Minigolfplatz Künzell
- Treffpunkt Mitte
- Gemeindezentrum Künzell
- Sportlerheim Künzell
- Sportlerheim Bachrain

OT Pilgerzell

- Florenberghalle
- Sportlerheim Pilgerzell

Ebenfalls sind die Voraushelfer der Freiwilligen Feuerwehren Künzell-Bachrain und Dirlos mit Defibrillatoren ausgestattet.

Die Standorte der Defibrillatoren sind auch auf der Website der Gemeinde unter der Rubrik Notdienste zu finden, bzw. im Suchfeld mit dem Begriff „Defi“.

2. Welche dieser Geräte sind für die Öffentlichkeit rund um die Uhr zugänglich?

Keine der aufgeführten Geräte sind rund um die Uhr zugänglich.

3. Wer ist für die Wartung und Funktionskontrolle der Geräte zuständig?

Die Wartung und Funktionskontrolle der Geräte erfolgt durch eine Fachfirma.

4. Welches dieser Geräte wurde bisher in Notfällen genutzt?

Bisher wurde keines der unter lfd. Nr. 1 aufgeführten Geräte in Notfällen genutzt.

Die Defibrillatoren der Voraushelfer der Freiwilligen Feuerwehren Künzell-Bachrain und Dirlos wurden dagegen bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt.

5. In welchen Intervallen werden die Defibrillatoren überprüft und wie wird der rechtzeitige Austausch der Batterien und Elektroden sichergestellt?

Die Defibrillatoren werden in zweijährigen Intervallen geprüft und dabei wird der Austausch der Batterien und Elektroden vorgenommen.

6. Sind sämtliche Standorte bei den zuständigen Rettungsleitstellen und in den relevanten AED-Datenbanken registriert?

Nein, nur ein Teil der Standorte ist dort registriert.

7. Gab es in den vergangenen fünf Jahren Ausfälle oder Mängel an Defibrillatoren? Wenn ja welche Maßnahmen wurden ergriffen?

Nein.

8. Sieht die Verwaltung weiteren Bedarf für Defibrillatoren im Gemeindegebiet und bestehen Planungen für zusätzliche Standorte.

Aufgrund der geringen Nutzung ist derzeit kein Bedarf für weitere Standorte zu erkennen. Die Rettungsdienste und Voraushelfer sind immer sehr schnell vor Ort.

Künzell, 09.06.2026



Zentgraf
Bürgermeister

AEDs in den Kommunen

Kommune:[illegible]